

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**  
**Nr sprawy 2/SK/NL/2011**

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.
2. Adres strony internetowej zamawiającego: [www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl)

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanego sprzętu laboratoryjnego:  
**Część I - Tlenomierz laboratoryjny z programem do BZT – 1 szt.**

Dane techniczne:

- zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego: 0,00 ... 90,00 mg/l,
- rozdzielczość tlenu rozpuszczonego: do 0,01 mg/l,
- dokładność pomiarowa tlenu rozpuszczonego:  $\pm 0,5$  % wartości pomiarowej,
- kalibracja: 1 pkt (100%)
- automatyczna kompensacja temperatury i ciśnienia,
- korekta zasolenia: 0,0 ... 70,0,
- zakres % nasycenia: 0 ... 600 %,
- rozdzielczość % nasycenia: 0,1 %,
- dokładność % nasycenia:  $\pm 0,5$  % wartości pomiarowej,
- zakres pomiarowy temperatury:  $-0,5^{\circ}\text{C} \dots + 50^{\circ}\text{C}$ ,
- dokładność pomiaru temperatury:  $\pm 0,1^{\circ}\text{K}$ ,
- wyświetlacz graficzny,
- pomiar BZT zgodnie z DIN EN 1899-1 wzgl. DIN EN 1899-2,
- możliwość wpisania do 7 własnych programów,
- maksymalnie 30 próbek po 18 rozcieńczeń każda umożliwia zarządzanie do 540 rozcieńczonymi próbkami,
- możliwość ustawienia dowolnego czasu inkubacji od 5 dni do 30 dni,
- możliwość obsługi poprzez komputer PC,
- wartość graniczna z alarmem dźwiękowym,
- opcjonalnie możliwość wbudowania drukarki,
  - w zestawie: samomiesząca sonda tlenowa, zestaw regeneracyjny (3 wymienne membrany, roztwór czyszczący, elektrolit, folia ścierna), aktywny boks wielofunkcyjny, terminal, oprogramowanie, kabel RS 232, zasilacz szerokozakresowy
- gwarancja: miernik 36 m-cy, sonda tlenowa 12 m-cy.

Produkt nie może być gorszy niż inoLab BSB/BOD 740 SET firmy WTW, nr katalogowy: 1H30-0114.

**Część II - Szafa termostatyczna – 1 szt.**

Dane techniczne:

- jednokomorowa,
- wymuszony obieg powietrza,
- drzwi pełne,
- pojemność od 490 litr,
- obudowa z blachy malowanej proszkowo,
- wnętrze z aluminium,
- minimalne wymiary wewnętrzne komory: ( szer. x wys. x gł.) 510 x 1510 x 420 mm,
- ilość półek standard/max: 3/11,
- zakres temperatury pracy:  $+3^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$ ,
- regulacja temperatury: co  $0,1^{\circ}\text{C}$ ,
- stabilność temperatury w  $37^{\circ}\text{C}$ :  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ,
- sterownik mikroprocesory z zewnętrznym wyświetlaczem,

- zabezpieczenie: klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880,
- zasilanie 50 Hz: 230 V,
- standardowy otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika,
- urządzenie powinno być wywzorcowane w 9 punktach pomiarowych (naroża + środek geometryczny) w temperaturze + 20<sup>0</sup>C w akredytowanym laboratorium pomiarowym i potwierdzone wystawionym świadectwem wzorcowania,
- gwarancja : 24 m-ce,

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego na swój koszt oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej..
5. Termin realizacji zamówienia do 21.02.2011 roku.

### **III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.
3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - a) jest niezgodna z Regulaminem,
  - b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia,
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
  - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny,
  - g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
  - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.
7. Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

7.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

- 7.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  - 7.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
  - 7.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
  - 7.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
  - 7.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
  - 7.7 Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 7.4., 7.5.
- Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

#### **IV. PROCEDURA:**

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.
2. Kryteria oceny ofert :
  - Cena – 100%.

#### **V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:**

1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl).
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 ( Kancelaria Zamawiającego).
3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 31.01.2011 r. godz. 09.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).
4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 31.01.2011 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, p. 104.
5. Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Podpisał:  
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny  
mgr inż. Sylwester Melon

Bełchatów dn. 20.01.2011 r.